

点検チェックシート(雨量データ集録装置 NetLG-201)

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【集録装置】

型 式 NetLG-201
 製 造 番 号 No. _____
 ROMバージョン () _____
 製 造 年 月 年 月
【転倒マス】
 型 式 _____
 製 造 番 号 No. _____
 製 造 年 月 年 月
 1 転 倒 mm

【機器基本設定】

ネットワークアドレス		#	
電 源	外 部	メイン	サブ
	電 池	V	V
時計確認		<input type="checkbox"/>	
内部温度		°C	

記録停止時刻		時	分
停止時 データ	時間雨量	mm/h	
	日雨量	mm/d	
	連続雨量	mm	
	経時雨量	mm	
	実行雨量	mm	

【観 測】

- 半自動(機器単独)
 通信機接続
 無線機→通信器接続

データ回収 実施 未

警報設定確認

監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート	
			番号	宛先
時間雨量	mm/h	mm		#
日雨量	mm/d	mm		#
連続雨量	mm	mm		#
経時雨量	mm	mm		#
実行雨量①	mm	mm		#
実行雨量②	mm	mm		#
実行雨量③	mm	mm		#
無降雨設定				
経時時間				

実効雨量設定確認

算出インターバル	
半減期	
逓減係数	0.971532

パルス雨量値	mm
警報接点	
ON 時間	

↑
無線機を介し警報を活用している場合は"ミセットイ"であること

判定:(○良 ×否 △注意)

項目	点 検 内 容	判定	備 考				
収納箱	取付金具やステンバンド等取付部に緩みほか異常が無いこと 外観、形状に錆び・ヘコミ・ヒビ割れが無いこと						
集録装置	接続端子台・外部電源接続端子台に錆・緩みが無いこと 通信ポートコネクタ部に錆、抜け、リード線挿入不良、断線が無いこと 電池切り替わりの確認(メイン⇄サブ) 電池ホルダに錆びや水濡れの形跡が無いこと						
転倒マス	転倒マスが水平に設置されていること 転倒マス上空の見通し45度が確保されていること 円筒受水口に落ち葉等ゴミが無いこと 内部漏斗部に堆積物が無いこと ~集録装置間の信号ケーブルにキズ・断線が無いこと						
その他	転倒マスを転倒させパルス入力の確認 転倒マスを転倒させパルス入力の確認 (記録ON状態で正分毎に積算) ⇒	<table border="1"> <tr> <td>転倒回数</td> <td>積算表示値</td> </tr> <tr> <td>/回</td> <td>/mm</td> </tr> </table>	転倒回数	積算表示値	/回	/mm	
転倒回数	積算表示値						
/回	/mm						

雨量リセット

パルス入力確認を行った場合には実施すること

記録開始時刻		時	分
開始時 データ	時間雨量	mm/h	